

Consultar Ordem de Serviço

Veja, abaixo, uma figura com um exemplo da tela com o resultado da consulta aos dados de uma ordem de serviço de aferição de hidrômetro tipos: **285** (aferição de hidrômetro inferior a 20m³), **286** (superior a 20m³) e **287** (aferição de hidrômetro in Loco sem substituição de hidrômetro) com os **Dados da Aferição do Hidrômetro** disponíveis para consulta

Observação

nformamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam nformações de clientes.						

https://www.gsan.com.br/ Printed on 08/12/2025 01:08

					<u> </u>		
	Р	esquisar outra O	dem de Serviço				
Número da OS:		Pesquisar					
				OS Anterior	Próxima O		
	D	ados Gerais da O	rdem de Serviço				
Número da OS:	45920099 ENCERRADA	Situação da	OS:				
Número do RA:	96552998	Situação do	RA:				
	ENCERRADO						
Data da Geração:	19/12/2022 285						
Tipo do Serviço:		OFIC INF 20 M3					
Observação:				//			
Valor do Serviço Original:	242,0	05 Valor do Sei	viço Atual:				
Prioridade Original:	CAGEPA						
Prioridade Atual:	CAGEPA						
Unidade da Geraçã da OS:	0 126 FA	TURAMENTO E C	OBRANCA DO LIT	ORAL (TE			
Usuário da Geração da OS:	9999 GS	SAN ADMIN					
Unidade Atual:	126 FA	TURAMENTO E C	OBRANÇA DO LIT	ORAL (TE			
Data da Última Emissão:				Ex	ibir Fotos da O		
Data de Validade:							
		Dados da Pro	<u>gramação</u>				
Data da Programaç							
Equipe da Programa	içao:						
Matrícula do Imóvel		Dados do Local o 521790 001.	<u>la Ocorrência</u> 001.090.3406.000	1			
Rota:			uencial Rota:	,			
Endereço da Ocorré	encia:	AVENIDA DESEMBA		MENESES -	-		
-		ROGER JOAO PESS	OA PB 58020-		ll.		
Ponto de Referência	1:				li.		
	Dados	do Encerramento	da Ordem de Ser	<u>viço</u>			
Data da Execução:		19/12/2022 09:25:16					
Data da Execução n		19/12/2022 09:25:16 Ordem de serviCo encerrada atravEs da					
Parecer do Encerra		AfriCAo do Hi	.drOmetro		li.		
Área Pavimentação Comercial Atualizad		NÃO	l²				
Serviço Cobrado:		SIM					
Percentual da Cobra	ança:	0,00	%				
Valor Cobrado: Motivo do Encerram	ento:	0,00 CONCLUSAO DO	SERVICO				
Unidade do Encerra			TRO COMERCIAL	DO LITORAL			
Usuário do Encerramento:		9999 GSAN AL	MIN				
Funcionário:							
Funcionário: Agente Comercial: Serviço de Medição		Dados da Afericão	do Hidrômetro				
Agente Comercial:	[Dadoo da Mongac					
Agente Comercial:		saaco aa monyac					
Agente Comercial: Serviço de Medição Hidrômetro Aferido? Bancada:	SIM BANC	ADA Nº 04					
Agente Comercial: Serviço de Medição Hidrômetro Aferido	SIM BANC	ADA Nº 04					
Agente Comercial: Serviço de Medição Hidrômetro Aferido? Bancada: Motivo da Não Aferi	SIM BANC/ Ção:	ADA Nº 04 Dados do Hi	drômetro		10 (115 - 1		
Agente Comercial: Serviço de Medição Hidrômetro Aferido? Bancada:	SIM BANC/ Ção:	ADA Nº 04 Dados do Hi Y11X194659			/13/HORA		
Agente Comercial: Serviço de Medição Hidrômetro Aferido: Bancada: Motivo da Não Aferi Número do Hidrôm	SIM BANC/ Ção:	ADA Nº 04 Dados do Hi	drômetro Capacidad	le: 1,5 N 1/2 F			
Agente Comercial: Serviço de Medição Hidrômetro Aferido: Bancada: Motivo da Não Aferi Número do Hidrôm Marca:	P SIM BANC/	ADA Nº 04 Dados do Hi Y11X194659	drômetro Capacidad Diâmetro: Merição	1/2 F			
Agente Comercial: Serviço de Medição Hidrômetro Aferido: Bancada: Motivo da Não Aferi Número do Hidrôm Marca: Medição B	SIM BANCA Ção: etro:	Dados do Hi Y11X194659 SENSUS Dados da A	drômetro Capacidad Diâmetro: Aferição Medição Hi Leitura	1/2 F drômetro	POL		
Agente Comercial: Serviço de Medição Hidrômetro Aferido: Bancada: Motivo da Não Aferi Número do Hidrôm Marca: Medição B Vazão(l/h)	P SIM BANC Gão: etro: ancada Volume Escoado(m³)	Dados do Hi Y11X194659 SENSUS Dados da A Leitura Inicial(m²)	drômetro Capacidad Diâmetro: Aferição Medição Hi Leitura Final(m³)	1/2 F drômetro Erro(%)	Erro Adm.(
Agente Comercial: Serviço de Medição Hidrômetro Aferido: Bancada: Motivo da Não Aferi Número do Hidrôm Marca: Medição B	etro: ancada Volume Escoado(m²) 5,00 5,00	Dados do Hi Y11X194659 SENSUS Dados da A	drômetro Capacidad Diâmetro: Aferição Medição Hi Leitura	1/2 F drômetro Erro(%) - 2,00 - 4,60	POL		
Agente Comercial: Serviço de Medição Hidrômetro Aferido: Bancada: Motivo da Não Aferido: Marca: Medição B Vazão(l/h) Q3/Qn 20,00 Q2/Qt 21,00 Q1/Qm 30,00	etro: ancada Volume Escoado(m²) 5,00	Dados do Hi Y11X194659 SENSUS Dados da J Leitura Inicial(m³) 15,10	drômetro Capacidad Diâmetro: Aferição Medição Hi Leitura Final(m²) 20,00	1/2 F drômetro Erro(%) - 2,00	Erro Adm.(
Agente Comercial: Serviço de Medição Hidrômetro Aferido: Bancada: Motivo da Não Aferido: Mámero do Hidrôm Marca: Medição B Vazão(l/h) Q3/Qn 20,00 Q2/Qt 21,00	etro: ancada Volume Escoado(m³) 5,00 5,00	Dados do Hi Y11X194659 SENSUS Dados da J Leitura Inicial(m³) 15,10 15,63	drômetro Capacidad Diâmetro: Aferição Medição Hi Leitura Final(m²) 20,00 20,40	1/2 F drômetro Erro(%) - 2,00 - 4,60	Erro Adm.(- 5,00 a 5,0		

Acima, caso queira consultar as fotos tiradas durante a aferição clique no link Exibir Fotos da Ordem de Serviço, no quadro Dados Gerais da Ordem de Serviço.

Caso queira imprimir o parecer clique em Imprimir Parecer. Para imprimir a ordem de serviço, clique em Imprimir

Para encerrar as ordens de serviço do tipo 285 (aferição de hidrômetro inferior a 20m³), 286 (superior a 20m³) e **287** (aferição de hidrômetro in Loco sem substituição de hidrômetro) clique **AQUI**.

Referências

Consultar Ordem de Serviço

Manter Ordem de Serviço

Gerar Ordem de Serviço

Termos Principais

Ordem de Serviço

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN



https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:consultar_ordem_de_servico_afericao&rev=1672256013

Last update: 28/12/2022 19:33



Printed on 08/12/2025 01:08 https://www.gsan.com.br/